

- 42 -

- Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento -

604-3 MODIFICACION BRITANICA DEL APARATO DE VICAT

(British Standard Vicat Apparatus)

Anónimo.

De: "CEMENT AND LIME MANUFACTURE", 119, Noviembre, 1950.

Se ha efectuado una alteración en el tamaño de la aguja empleada en el aparato de Vicat para la determinación de la consistencia y del tiempo de fraguado de los portland ordinario y rápido, (B.S. 12: 1947), cemento portland-alto horno (B.S. 146: 1947), aluminoso (B.S. 915: 1947) y portland frío (B.S. 1370: 1947).

La nueva modificación establece que la sección transversal de la aguja debe ser de 1 mm. (0,039 pulgadas) cuadrado, o sea 1,13 mm. (0,044 pulg.) de diámetro.

* * *